



# Prefeitura do Município de Londrina

## Estado do Paraná

### ESCLARECIMENTO

**PREGÃO PRESENCIAL nº. PG/CAAPSML-279/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. PAL/CAAPSML-859/2018**

**Objeto:** Repetição dos lotes fracassados e desertos do Pregão PG/CAAPSML-219/2018, cujo objeto é o registro de Preços para eventual aquisição de materiais cirúrgicos especiais (OPME) para uso em procedimentos dos beneficiários do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).

Senhores Licitantes, em resposta a questionamentos efetuados por interessado(s) no processo licitatório em questão, segue esclarecimento:

**QUESTIONAMENTO 1:** Por gentileza, gostaria de esclarecer uma dúvida em relação ao lote 32, por exemplo do anexo I.

O descritivo traz:

**PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, DIÂMETRO DE 2,75MM A 4MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 8MM A 32MM (MÍNIMO DE 7 MEDIDAS), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA CROMO-COBALTO, BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA "0,014".**

O que quer dizer mínimo de 7 medidas? Seriam 7 medidas entre 8 e 32 mm ou 7 medidas como especificação abaixo?

Temos a disponibilidade, por exemplo de atender com as seguintes medidas:

- 2,75 = 2,75x14; 2,75x19; 2,75x24; 2,75x29;
- 3,00 = 3,00 x14; 3,00 x19; 3,00 x24; 3,00 x29;
- 3,50 = 3,50 x14; 3,50 x19; 3,50 x24; 3,50 x29;
- 4,00 = 4,00x14; 4,00x19; 4,00x24; 4,00x29;

Poderíamos participar desta forma?

**ESCLARECIMENTO:** A especificação solicitada "MÍNIMO DE 7 MEDIDAS", abrange tanto as medidas de diâmetro de 2,75mm a 4mm, quanto as medidas de comprimento de 8mm a 32mm, sendo assim, com as especificações apresentadas como exemplo, é possível participar do certame.

Londrina, 09 de janeiro de 2019 .

Thais Andressa Sandrini Fioratte  
**PREGOEIRA**



Documento assinado eletronicamente por **Thais Andressa Sandrini Fioratte, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 09/01/2019, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1660499** e o código CRC **40C9DD08**.

**Referência:** Processo nº 43.005641/2018-91

SEI nº 1660499